

# 真空雰囲気管状電気炉



設置 年度	2004年度
型 式	T-0510
製 造 所	株式会社 広築
仕 様	<ul style="list-style-type: none"><li>・試験温度 : 常用1600°C、最高1700°C</li><li>・雰囲気 : 大気、真空置換による不活性ガス (真空度: <math>10^{-2}</math>Torr 簡易真空計あり)</li><li>・炉内寸法 : 管状炉(内径50mm)</li><li>・均熱帯 : 100mm範囲</li><li>・炉芯管材質: アルミナ</li></ul>
用 途	粉体の焼成の他、焼成試験に利用できる。